

BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

Vare gruppe Nr.	Varegruppe	Krav til produkterne i varegruppen
1	Basisplade med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mekanisk kobling ▪ klæber kobling 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber ▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur ▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption ▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden ▪ Klæberen skal findes med flere koblingsstørrelser ▪ Basispladen skal kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse - samtlige hulstørrelser ▪ Basispladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide - op til 62 mm ▪ Basispladen/flangen skal være let at rengøre ▪ Basispladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren ▪ Basispladen bør være med aftagningsøre ▪ Koblingen skal være sikker i brug ▪ Koblingen skal være simpel og let at anvende
2	Basisplade med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mekanisk kobling integreret konveksitet ▪ klæber kobling integreret konveksitet 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber ▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur ▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption ▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden ▪ Basispladen skal findes kunne med flere koblingsstørrelser ▪ Basispladen bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse - samtlige hulstørrelser ▪ Basispladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide - min 62 mm ▪ Basispladen/flangen skal være let at rengøre ▪ Basispladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren ▪ Basispladen skal kunne fås både med og uden bælteøre - hvis pladen ikke har bælteøre, skal posen have det ▪ Basispladen bør være med aftagningsøre ▪ Koblingen skal være sikker i brug ▪ Koblingen skal være simpel og let at anvende ▪ Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien ▪ I forhold til mekanisk kobling, skal disse kunne leveres med flere konveks dybder

BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

3	2-dels kolostomipose med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mekanisk kobling ▪ klæber kobling 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posen skal forefindes både i klar og farvet materiale ▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue ▪ Posen skal være med effektivt kulfilter ▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning ▪ Posen bør være af støjfrit materiale ▪ Posen skal kunne leveres i flere størrelser/volumen ▪ Posen bør kunne leveres som MiniCap
4	2-dels ileostomipose med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mekanisk kobling ▪ klæber kobling 2-dels ileostomipose med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ stor volumen/High Output, mekanisk kobling 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale ▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue ▪ Posen skal være med effektivt kulfilter ▪ Posens udløb skal være med sikker lukkemekanisme samt let og simpel at anvende ▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning ▪ Posen bør være af støjfrit materiale ▪ Posen skal kunne leveres i flere størrelser/volumen - herunder stor volumen/High output - op til 900 ml ▪ I forhold til 2-dels ileostomiposer med stor volumen/High Output, skal posen være forsynet med tilbageløbsventil, udløbsstuds med en diameter, som tillader føderester at passere. Derudover skal posens udløbsstuds give mulighed for tilkobling til opsamlingspose
5	2-dels urostomipose med: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mekanisk kobling ▪ klæber kobling 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale ▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue ▪ Posen skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til natpose ▪ Posen skal være med tilbageløbsventil ▪ Posen skal være med sikker udløbsstuds ▪ Posen bør være af støjfrit materiale ▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning ▪ Posen (mekanisk kobling) bør kunne leveres som MiniCap
6	1-dels kolostomipose 1-dels kolostomipose med integreret konveks	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber ▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur ▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption ▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden ▪ Basispladen bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser ▪ Basispladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide ▪ Basispladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren

BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Basispladen bør være med aftagningsøre og bælteøre ▪ Posen skal kunne leveres i flere størrelser/volumen ▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale ▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue ▪ Posen skal være med effektivt kulfilter ▪ Posen bør være af støjfrit materiale ▪ Posen bør være med hudvenlig bagbeklædning ▪ Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien ▪ Bør kunne leveres med flere konveks dybder
7	1-dels ileostomipose 1-dels ileostomipose med integreret konveks	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber ▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur ▪ Klæberen bør ikke desintegration have ved absorption ▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden ▪ Pladen bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser ▪ Pladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide ▪ Pladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren ▪ Pladen bør være med aftagningsøre og bælteøre ▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale ▪ Posen bør forefindes med inspektionsvindue ▪ Posen skal være med effektivt kulfilter ▪ Posens udløb skal være med sikker lukkemekanisme samt let og simpel at anvende ▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning ▪ Posen bør være af støjfrit materiale ▪ Posen skal kunne leveres i flere størrelser/volumen ▪ Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien
8	1-dels urostomipose 1-dels urostomipose med integreret kontekst	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber ▪ Klæberen skal kunne følge hudens kontur ▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption ▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden ▪ Pladen bør kunne leveres med producent-forudstandset hulstørrelse og med flere hulstørrelser ▪ Pladen skal kunne leveres som opklipbar med klippeguide ▪ Pladen skal sikre diskretion og komfort for brugeren ▪ Pladen bør være med aftagningsøre ▪ Posen skal være i klar eller farvet materiale

BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Posen bør forefindes i klar eller farvet materiale med inspektionsvindue ▪ Posen skal være med udløbsstuds med mulighed for tilkobling til natpose ▪ Posen skal være med tilbageløbsventil ▪ Posen skal være med sikker udløbsstuds ▪ Posen bør være med flere kamre ▪ Posen bør være af støjfrit folie ▪ Posen skal være med hudvenlig bagbeklædning ▪ Effekten af konveksiteten skal være tæt på stomien ▪ Bør kunne leveres med flere konveks dybder
9	Drænagepose ileostomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal kunne tilkobles produkter fra varegruppe 4
10	Irrigationssæt og konus til irrigationssæt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal have tydelig markering af vandmængde ▪ Skal kunne rumme minimum 1,5 l ▪ Det skal være muligt at regulere vandmængden ▪ Reguleringsmekanismen skal være simpel ▪ Konus skal være let at indføre ▪ Konus skal være sikker ▪ Konus skal kunne skiftes ▪ Konus skal kunne købes løst ▪ Irrigationssæt bør være let at rengøre
11	2-dels skylleærme til irrigation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skylleærmet skal kunne leveres med flere koblingsstørrelser ▪ Skylleærmet skal passe til produkter fra varegruppe 1 og 2
12	1-dels skylleærme til irrigation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber ▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption ▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden ▪ Basispladen skal kunne leveres med forudstandset hulstørrelse / kunne klippes op til flere størrelser
13	Stomiprop	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klæberen skal have hydrokolloide egenskaber ▪ Klæberen bør ingen desintegration have ved absorption ▪ Klæberen skal kunne fjernes uden at efterlade klæberester på huden ▪ Skal være med effektivt kulfilter ▪ Skal være sikker i brug ▪ Bør kunne leveres i mere end én længde ▪ Bør kunne leveres i mere end én størrelse

BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

14	Stomibælte	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal være let at påsætte▪ Skal være justerbart i længden eller kunne leveres flere størrelser - op til 140 cm▪ Bør kunne vaskes▪ Elastikken i bæltet bør være stabilt ved gentagende brug
15	Pasta-/tætningsring pasta i tube med alkohol pasta i tube uden alkohol	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal have hydrokolloide egenskaber▪ Der bør ikke være desintegration ved absorption▪ Skal være modellerbar▪ Skal være i brugervenlig emballage▪ Bør være let at fjerne fra huden
16	Klæberfjerner uden alkohol	<ul style="list-style-type: none">▪ Bør være silikonebaseret▪ Bør leveres som spray og/eller serviet▪ Skal effektivt kunne fjerne evt. klæberester og lette aftagning af klæber▪ Bør være i brugervenlig emballage▪ Skal ikke være tilsat parfumer og allergener▪ Skal ikke være tilsat hormonforstyrrende stoffer
17	Hudbeskyttelse, herunder hudbeskyttelsesfilm uden alkohol og barrierecreme	<ul style="list-style-type: none">▪ Bør være silikone baseret (hudbeskyttelsesfilm)▪ Skal danne effektiv barriere mellem hud og klæber▪ Bør leveres som spray og/eller serviet (hudbeskyttelsesfilm)▪ Skal tillade påhæftning▪ Bør være i brugervenlig emballage▪ Skal ikke være tilsat parfumer og allergener▪ Skal ikke være tilsat hormonforstyrrende stoffer▪ Skal være let at påføre (barrierecreme)
18	Stomipulver	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal have hydrokolloide egenskaber▪ Stomibandagen skal kunne hæfte ovenpå pulveret
19	Fortykningsmiddel	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal være dosis opdelt▪ Skal være let at anvende▪ Skal kunne danne en konsistens der gør det let at tømme indholdet ud af posen▪ Bør neutralisere lugten▪ Bør kunne leveres i mere end én dosisstørrelse

BILAG 1.1 – KRAV TIL DELAFTALE 1 - STOMIPRODUKTER

20	Lugtfjerner til stomipose	▪ Skal effektivt kunne neutralisere lugt
----	---------------------------	--