

BILAG 2 – Kravspecifikation

Varegruppe nr.	Varebeskrivelse	Krav til produkterne i varegruppen - øvrigt sortiment
1	Coatede sterile katetre til intermitterende kateterisation	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal sikre fuldstændig blæretømning▪ Skal være med integreret væske - klar til brug – defineret som at kateteret skal ligge i væsken / behandlet med smøremiddel▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion▪ Skal være let at indføre med Non Touch teknik▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant
2	Hydrofil coatede sterile katetre til intermitterende kateterisation	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal sikre fuldstændig blæretømning▪ Skal være med integreret væske i pose (dvs. steril væske i pose inde i katetrets pakning)▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres▪ Skal være let at indføre med Non Touch teknik▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant

BILAG 2 – Kravspecifikation

3	Hydrofil coatede sterile katetre til intermitterende kateterisation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal sikre fuldstændig blæretømning ▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres ▪ Skal være let at indføre med Non Touch teknik ▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller ▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion ▪ Katetrets håndtag er integreret som en del af katetret ▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant
4	Katetre med dråbe/kugleformet hoved	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal sikre fuldstændig blæretømning ▪ Skal være nem at føre igennem prostata ▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres ▪ Skal være med afrundede/atrumatiskke kateterhuller ▪ Emballagen skal kunne håndteres med nedsat hånd/finger funktion ▪ Skal være let at indføre med Non Touch teknik ▪ Skal hvor det er muligt tilbydes som ftalatfri variant
5	Sterile Ballonkatetre til Katetre a´de meure Med integreret ballon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være i silikone ▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres ▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller ▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant ▪ Skal kunne ligge i 12 uger ▪ Max 10 ml ballon ▪ Både nelaton og tiemann og opened (Lægge ekstra varelinjer ind)
6	Sterile Subrapubiske Katetre til katetre a´de meure	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være i silikone ▪ Skal være med integreret ballon ▪ Frigørelse fra emballagen uden at selve kateteret kontamineres ▪ Skal være med afrundede/atraumatiske kateterhuller ▪ Skal - hvor det er muligt - tilbydes som ftalatfri variant
7	Kateterisationssæt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være steril ▪ Sættet skal som minimum indeholde: <ul style="list-style-type: none"> • Bakke/Kapsel • Skål med vattamponer eller lignende • Pincet - engangs • Handsker • Afdækningsstykke • 10 ml tom sprøjte

BILAG 2 – Kravspecifikation

		<ul style="list-style-type: none"> • Sprøjte med 10 % glycerinopløsning eller vand • Sprøjte med katetersmøremiddel • Vand til afvaskning <ul style="list-style-type: none"> ▪ Handskerne skal leve op til kravene i bekendtgørelsen om medicinsk udstyr (EN455-1 -4) ▪ Kateterisationssættets yderemballage skal kunne åbnes, uden at indholdet kontamineres
8	Bedøvende og desinficerende gel til brug ved anlæggelse af KAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være steril
9	Kateterventil med slangestykke	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være med kobling til pose
10	Hætte til urinpose	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal passe til slangestudsens på urinposen
11	Sengestativ til urinpose	
12	Urinposer – ”natpose/sengepose”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være med tilbageløbsventil ▪ Skal være med krydsaftap ▪ Skal være monterbar på sengestativ ▪ Skal passe sammen med varegrupper 9 og 13 og 14
13	Urinposer med nonwoven bagside	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være med tilbageløbsventil ▪ Skal kunne anvendes af såvel oppegående som kørestolsbrugere ▪ Skal være fikserbar på ben ▪ Skal være med justerbar slange min. 50 cm ▪ Skal have konnector til ”natpose”
14	Sterile urinposer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være med tilbageløbsventil ▪ Skal tilbydes som variant med kinkfri slange ▪ Skal være fikserbar på ben ▪ Skal have konnector til natpose ▪ Uden konnector til prøveudtag ▪ Skal have justerbar slange i intervallet 45 til 60 cm
15	Bånd, elastisk til fiksering af urinpose	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal være vaskbar ved min.60 grader ▪ Skal passe til varegrupper 13 og 14
16	Elastisk, fiksering af urinpose	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skal kunne anvendes på lår eller underben ▪ Skal være vaskbar ved min. 60 grader ▪ Skal være anvendelig til såvel højre som venstre ben ▪ Skal have slids i bunden for tømbar pose jf. varegrupper 13 og 14 ▪ Skal kunne leveres i anbrud/enkeltvis

BILAG 2 – Kravspecifikation

17	Stofpose til fiksering af urinpose	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal kunne anvendes på lår eller underben▪ Skal være vaskbar ved minimum 60 grader▪ Skal være anvendelig til såvel højre som venstre ben▪ Skal have slids i bunden for tømbar pose
18	Elastik til fiksering af uridom	<ul style="list-style-type: none">▪ Vaskbar
19	Uridomer	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal tilbydes forskellige klæbeflade for hver varelinje▪ Skal være selvklæbende▪ Skal være med Anti-kink, der sikrer urinen frit kan passere
20	Analprop	
21	Hjælpe middel til afhjælpning af stressinkontinens hos kvinder - til indførelse i vagina	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal have snor til udtrækning
22	Skyllevæsker	
23	Kateterfiksering	<ul style="list-style-type: none">▪ Skal tilbydes som variant med genåbning

Øvrigt sortiment

Der kan bydes ind med maksimal 3 produkter pr. varelinje på følgende varegrupper:

- 1 – 6, 9, 13, 14, 19 og 23

I de øvrige varegrupper skal der ikke bydes ind på øvrigt sortiment.

Produkterne i øvrigt sortiment skal leve op til de samme ovenstående krav som tilbudsliste vare.